ZOLL AED 3™ Automatisk Redningsvejledning

10 **Hvis stød ikke anbefales, eller efter at stød er afgivet: "Start hjerte-lunge-redning"**

Under brystkompressionerne vil ZOLL AED 3 Automatisk afgive Real CPR Help®-meddelelser om kvaliteten af HLR-kompressionerne

1 **Tænd for AED'en**



2 **"Kontroller bevidsthed"**



3 **"Tilkald hjælp"**




4 **"Skab frie luftveje"**




5 **"Kontroller vejrtrækning"**



6 **"Tryk på børne-knappen, hvis personen er et barn"**



7 **"Påsæt pads på personens bare bryst"**



8 **"Rør ikke personen. Hjertestarter analyserer"**



9 **Hvis stød anbefales, vil nedtælling begynde, efterfulgt af "Stød afgivet"**







Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ZOLL AED 3 Automatisk, kan du besøge os på zoll.com/aed3.

ZOLL®

9659-000124-27 Rev C